



SYSTÈME MOTION CARRIERE



L'appareil Motion Carriere permet de corriger le décalage entre les mâchoires du haut et du bas. Il améliore la capacité de mastication, la stabilité dentaire et articulaire, ainsi que l'esthétique faciale.

PREPARATION ET POSE DE L'APPAREIL

Lors du premier rendez-vous, ton orthodontiste prendra un empreinte de la mâchoire du bas afin de réaliser une gouttière.

Au second rendez-vous, ton orthodontiste collera une tige de la canine à la molaire supérieure, ainsi qu'une attache sur les molaires inférieures.

Après avoir mis ta gouttière, tu positionneras un élastique de la tige collée à l'attache du bas.



RESSENTI

L'appareil peut occasionner une gêne les premiers jours, et une sensibilité lors de la mastication. Il est recommandé de prendre des antalgiques pour diminuer l'inconfort du début de traitement.



CONSIGNES

Comme tout appareil fixe, il est formellement interdit de manger tout ce qui colle, tels que les bonbons, chewing-gums, nougats, carambars, caramels et sucettes. En effet cela pourrait déformer et/ou décoller les bagues.

Ce dispositif est à porter 24/24, sauf au moment des repas.

Attention, ne jamais porter les élastiques sans la gouttière!
Le stock d'élastiques est à contrôler régulièrement, tu les trouveras uniquement chez ton orthodontiste.
L'appareil est à apporter à chaque rendez-vous.



Tu dois te brosser les dents et les gencives de façon méticuleuse, minimum matin et soir. Tu es aussi invité à utiliser la brossette afin de nettoyer les endroits inaccessibles avec la brosse à dent.

La gouttière est quant à elle nettoyée avec une eau froide savonneuse. Lorsqu'elle n'est pas portée (au moment des repas), la gouttière doit être systématiquement rangée dans sa boîte.



GESTION BLESSURES/CASSES

En cas de blessure, tu peux mettre de la cire orthodontique.

Si l'appareil venait à se décoller, suite à des consignes non respectées, il faut contacter le cabinet par téléphone afin d'évaluer le problème et de convenir d'un rendez-vous si necessaire.



SYSTÈME MOTION CARRIERE

